



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023/FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023/FMS
PARECER TÉCNICO – AMOSTRA

O Município de Sangão/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, consoante análise realizada, de acordo com declaração anexa, em atenção ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2023/FMS, no que tange a entrega das amostras solicitadas às empresas **FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA – ME E JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA**, apresentamos o seguinte Parecer Técnico:

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	FORNECEDOR	MARCA	PARECER
01	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - MÉDIA, CINTURA DE 70 ATÉ 122 CENTÍMETROS, PESO 40 ATÉ 70 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINLIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ - TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, ANÁLISES	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA	SENIOR LIFE PLUS	REPROVADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.			
02	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - GRANDE, CINTURA DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS, PESO 70 ATÉ 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RÚIDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA – ME	FRALDAMED	REPROVADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - PEQUENA, CINTURA DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS, PESO 20 ATÉ 40 KILOS, PACOTE COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COBERTURA INTERIOR DE NÃO TECIDO, QUE OFERECE MAIOR CONFORTO, COM ALOE VERA, TORNANDO A COBERTURA MACIA AO TOQUE NA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO; CONTROLADOR DE ODORE COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.</p>	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA – ME	FRALDAMED	REPROVADO
04	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - EXTRA GRANDE, CINTURA DE 120 ATÉ 165 CENTÍMETROS, PESO: ACIMA DE 90 KILOS, PACOTES COM NO MÁXIMO 30 FRALDAS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LIQUIDO; BARREIRAS MAIS ALTA PROPORCIONANDO MUITO MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO</p>	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA	SENIOR LIFE PLUS	REPROVADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LATERAIS; COM NÚCLEO DE FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; MACIA AO TOQUE DA PELE; CAMADA EXTERNA TOQUE SUAVE DANDO MACIEZ AO PRODUTO COM APARÊNCIA DE TECIDO E SEM RUÍDO TÍPICO DO PLÁSTICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO; INDICADOR DE UMIDADE PARA MAIOR PRATICIDADE, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO, CONTROLADOR DE ODOR COM EXTRATO NATURAL; OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO A MARCA, O NOME DO ESTABELECIMENTO FABRICANTE OU FRACIONADOR, NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EXPRESSÃO "PRODUTO DISPENSADO/ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE". PRAZO VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. POSSUIR LAUDOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, ANÁLISES DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E ANÁLISES DERMATOLÓGICAS PARA IRRITABILIDADE PRIMÁRIA E ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA REALIZADA POR LABORATÓRIOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E ATENDER A RDC 640 DE 24 DE MARÇO DE 2022.			
--	--	--	--

Motivo da reprovação: As respectivas amostras apresentadas para análise dos itens, não se encontram de acordo com as especificações e determinações do edital de pregão eletrônico nº 014/2023/FMS, uma vez que as mesmas, após serem testadas, não apresentaram as devidas absorções, sendo, portanto, a amostras **reprovadas**.

Em atenção à reprovação das amostras apresentadas pelas empresas **FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA – ME E JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA**, convocar-se-ão as demais empresas pela ordem de classificação do Processo Licitatório nº 018/2023/FMS na modalidade de Pregão Eletrônico nº 014/2023/FMS.

Sangão/SC, 01 de agosto de 2023.

MATHEUS LUDTKE LAUFFER
Pregoeiro



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSIANE PRUDÊNCIO MROCKOSKI
Equipe de Apoio

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA
Equipe de Apoio

DIOGO DE SOUZA SILVANO
Equipe de Apoio



PARECER Nº 013/2023

Sangão, 24 de julho de 2023

Assunto: Resposta a Empresa Jardim Distribuidora de Cosméticos LTDA referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2023/FMS para compra de fraldas.

Prezados senhores (a),

Após o recebimento das amostras, na análise foi verificado que as características físico químicas não são compatíveis com o laudo no quesito absorção, onde apresenta o valor de absorção como referência de 800ml para a fralda M e de 1000ml para a fralda EG da Marca Senior Life Plus.

A equipe técnica da Secretaria de Saúde aplicou um teste (fotos em anexo) para verificar a absorção da fralda nos tamanhos M e EG, na realização do teste com a dispensação de 800 ml de água (simulando a urina na fralda) não apresentou boa absorção. Contudo quando a urina não é absorvida se mantém em contato com a pele do paciente ocasionando lesões e complicações graves, bem como sendo necessário trocas com maior frequência.

É importante salientar que, conforme as especificações previstas no edital da licitação, a capacidade de absorção das fraldas é um critério fundamental para garantir a qualidade do produto e atender às necessidades dos usuários.

Portanto, com base na análise técnica realizada e com o objetivo de assegurar a aquisição de fraldas que atendam aos padrões de qualidade exigidos e proporcionem o conforto e a segurança adequados aos usuários, decidimos recusar a oferta da fralda Senior Life Plus no âmbito desta licitação.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Aline Rocha Galdino
Coord. Setor de compras




Bruna Simon França
Enfermeira
CCP Nº 0618.057


Bruna Simon França
Enfermeira RT

Rua Jonas Goulart, Centro, Sangão/SC
saude@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3556



ANEXOS

SENIOR LIFE PLUS	TESTE COM 800ML DE LÍQUIDO																																							
 <p><i>Senior Life Plus</i></p> <table border="1"><tr><td colspan="2">Nome: ...</td></tr><tr><td colspan="2">FARMÁCIA - FARMÁCIA VILANOVA</td></tr><tr><td colspan="2">Endereço: RODOVIA BR 319, KM 379 - FAZENDA VILANOVA</td></tr><tr><td colspan="2">Tipo de Controle: Controle Municipal</td></tr><tr><td colspan="2">DADOS DA AMOSTRA</td></tr><tr><td colspan="2">Identificação da Amostra: Produto Químico (Componente: Senior Life Plus - Tabela B)</td></tr><tr><td colspan="2">Tipo de Amostra: Produtos Alérgicos/Não Alérgicos/Dispersões</td></tr><tr><td colspan="2">Data de Recebimento: 07/12/2022</td></tr><tr><td colspan="2">Data de Finalização de Envio: 16/12/2022</td></tr><tr><td>Data de Fabricação:</td><td>Nº Lote:</td></tr><tr><td>Data de Validade:</td><td>Frasco Fornecido Por:</td></tr><tr><td>Quantidade Recebida:</td><td>Responsável pelo Controle:</td></tr><tr><td>Conservantes:</td><td>Classe:</td></tr><tr><td></td><td>Código Conforme PEP:</td></tr><tr><td></td><td>Nº 005</td></tr><tr><td>ENSAIO</td><td>Características físico-químicas</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td>Método:</td><td>Especificações:</td><td></td></tr><tr><td>Teste de Absorção Total em Própolis</td><td>Em torno de 800 mL*</td><td>Não houve presença de ...</td></tr></table>	Nome: ...		FARMÁCIA - FARMÁCIA VILANOVA		Endereço: RODOVIA BR 319, KM 379 - FAZENDA VILANOVA		Tipo de Controle: Controle Municipal		DADOS DA AMOSTRA		Identificação da Amostra: Produto Químico (Componente: Senior Life Plus - Tabela B)		Tipo de Amostra: Produtos Alérgicos/Não Alérgicos/Dispersões		Data de Recebimento: 07/12/2022		Data de Finalização de Envio: 16/12/2022		Data de Fabricação:	Nº Lote:	Data de Validade:	Frasco Fornecido Por:	Quantidade Recebida:	Responsável pelo Controle:	Conservantes:	Classe:		Código Conforme PEP:		Nº 005	ENSAIO	Características físico-químicas	RESULTADO	Método:	Especificações:		Teste de Absorção Total em Própolis	Em torno de 800 mL*	Não houve presença de ...	 <p><i>Senior Life Plus</i></p>  <p><i>Senior Life Plus</i></p>
Nome: ...																																								
FARMÁCIA - FARMÁCIA VILANOVA																																								
Endereço: RODOVIA BR 319, KM 379 - FAZENDA VILANOVA																																								
Tipo de Controle: Controle Municipal																																								
DADOS DA AMOSTRA																																								
Identificação da Amostra: Produto Químico (Componente: Senior Life Plus - Tabela B)																																								
Tipo de Amostra: Produtos Alérgicos/Não Alérgicos/Dispersões																																								
Data de Recebimento: 07/12/2022																																								
Data de Finalização de Envio: 16/12/2022																																								
Data de Fabricação:	Nº Lote:																																							
Data de Validade:	Frasco Fornecido Por:																																							
Quantidade Recebida:	Responsável pelo Controle:																																							
Conservantes:	Classe:																																							
	Código Conforme PEP:																																							
	Nº 005																																							
ENSAIO	Características físico-químicas	RESULTADO																																						
Método:	Especificações:																																							
Teste de Absorção Total em Própolis	Em torno de 800 mL*	Não houve presença de ...																																						



PHARMACONTROL

CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA
E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE ENSAIO N° 01662/2022-0

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente: FRALDASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA -
FRALDASUL - FAZENDA VILANOVA
Endereço: RODOVIA BR 386, KM 370 - FAZENDA VILANOVA RS
Tipo de Contrato: Contrato Mensal

DADOS DA AMOSTRA:

Identificação da Amostra: Fraldas Geriátricas Descartáveis - Senior Life Plus - Tamanho EG
Tipo de Amostra: Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis
Data do Recebimento: 07/02/2022
Data de Finalização do Ensaio: 14/02/2022
Data de Fabricação: 07/02/2022 **N° Lote:** 2202
Data de Validade: 07/02/2024 **Frasco Fornecido Por:** Cliente
Quantidade Recebida: 1 pacote ** **Responsável pela Coleta:** Cliente
Conservantes: - **Coleta Conforme POP:** n° 005

Características Físico-Químicas

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	Em torno de 1000 mL*	Não houve evidência de vazamento.



PARECER Nº 014/2023

Sangão, 24 de julho de 2023

Assunto: Resposta a Empresa Fracma Comercial de Produtos para Higiene LTDA referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2023/FMS para compra de fraldas.

Prezados senhores (a),

Após o recebimento das amostras, na análise foi verificado que as características físico químicas não são compatíveis com o laudo no quesito absorção, onde apresenta o valor de absorção como referência de 1000ml para a fralda P e de 1140ml para a fralda G.

A equipe técnica da Secretaria de Saúde aplicou um teste (fotos em anexo) para verificar a absorção da fralda nos tamanhos P e G, na realização do teste com a dispensação de 1000 ml de água (simulando a urina na fralda) não apresentou boa absorção. Contudo quando a urina não é absorvida se mantém em contato com a pele do paciente ocasionando lesões e complicações graves, bem como sendo necessário trocas com maior frequência.

É importante salientar que, conforme as especificações previstas no edital da licitação, a capacidade de absorção das fraldas é um critério fundamental para garantir a qualidade do produto e atender às necessidades dos usuários.

Portanto, com base na análise técnica realizada e com o objetivo de assegurar a aquisição de fraldas que atendam aos padrões de qualidade exigidos e proporcionem o conforto e a segurança adequados aos usuários, decidimos recusar a oferta da fralda FraldaMed no âmbito desta licitação.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Aline Rocha Galdino
Coord. Setor de compras


Bruna Simon França
Enfermeira
CPF: 518.057

Bruna Simon França
Enfermeira RT

Rua Jonas Goulart, Centro, Sangão/SC
saude@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3556




ANEXOS





MUNICÍPIO DE
SANGÃO

Secretaria Municipal
de **Saúde**



Rua Jonas Goulart , Centro, Sangão/SC
saude@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3556



FRALDAMED



PHARMACONTROL

CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA
E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE ENSAIO N° 04789/2022-0

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FARMAMED - SANTA ROSA
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 480 - SANTA ROSA RS
Tipo de Contrato: Avulso

DADOS DA AMOSTRA:

Identificação da Amostra: Fraldas Geriátricas Descartáveis - Tamanho P

Tipo de Amostra: Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

Data do Recebimento: 11/04/2022

Data de Finalização do Ensaio: 19/04/2022

Data de Fabricação: 08/04/2022 N° Lote: 00804222


Data de Validade: 08/04/2024 Frasco Fornecido Por: Cliente

Quantidade Recebida: 1 pacote * Responsável pela Coleta: Cliente

Conservantes: - Coleta Conforme POP: n° 005

Características Físico-Químicas

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 1000 mL *	Não houve evidências de vazamentos.



PHARMACONTROL

CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA
E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE ENSAIO N° 04791/2022-0

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - FARMAMED - SANTA ROSA
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 480 - SANTA ROSA RS
Tipo de Contrato: Avulso

DADOS DA AMOSTRA:

Identificação da Amostra: Fraldas Geriátricas Descartáveis - Tamanho G

Tipo de Amostra: Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

Data do Recebimento: 11/04/2022

Data de Finalização do Ensaio: 19/04/2022

Data de Fabricação: 08/04/2022 N° Lote: 2080422

Data de Validade: 08/04/2024 Frasco Fornecido Por: Cliente

Quantidade Recebida: 1 pacote * Responsável pela Coleta: Cliente

Conservantes: - Coleta Conforme POP: n° 005

Características Físico-Químicas

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 1140 mL	Não houve evidências de vazamentos.